

LE JEU DES 13 ERREURS



Le pôle PRÉLÈVEMENTS
est la
VITRINE de LIDER Diabète

... une VITRINE qui doit être **EXEMPLAIRE**.



1- **Pas de T-shirt LIDER:** le T-shirt est un outil de communication qui reflète l'association.

2- **BADGE absent:** ne permet pas d'identifier et de justifier le statut autorisé du professionnel de santé.

3- **GANTS** mal utilisés : risque de contamination (AES+++) que l'on en porte 1 seul ou aucun.

4- **FICHE 8** absente: aucune saisie possible des résultats.

5- **FINDRISC format A4** : réservé au médecin pour son entretien avec les HL.

6- **DÉSINFECTANT DE SURFACE:**

la norme EN1040 est uniquement bactéricide. Seul un désinfectant **EN14476** est efficace contre les virus (nettoyage régulier zone de travail, lecteur de glycémie, stylo...).

7- **AUTOPIQUEUR à usage multiple** interdit. Plus qu'une erreur, c'est une faute !

8- **Pas d'EAU** pour nettoyer le doigt avant piqûre.

9- **MÈTRE RUBAN** : La mesure du périmètre abdominal est réservée au médecin qui remplit le Findrisc avec un HL.

10- **Pas de Flyer FINDRISC** : son absence empêche de réaliser « 2 gestes pour 1 test ». La mission LIDER est incomplète!

La présence du **flyer « Dépistage »** à ce poste est sans intérêt et contamine inutilement la zone.

11- **CARTONS RÉPONSES+ enveloppes T:**
Utilisation réservée au médecin au terme de son entretien avec un HL.

12- **SUCRERIES** : un peu de bon sens quand on prétend informer sur le « Manger mieux »!

- 13- **TASSE À CAFÉ et TÉLÉPHONE portable:**
- le pôle prélèvements n'est pas une annexe de la cafétéria! Céder sa place si on a besoin d'une pause
 - le téléphone portable est un grand vecteur microbien, à peine moins contaminé qu'un fond de sac à main!

HL= Visiteur testé Hors Limites